

LOT DE SONDES DE TEMPERATURE PT100 CLASSE 1/3DIN APPAIREES (SONDES COP) AVEC RACCORD COULISSANT

- **Sonde** : type SPD10S, PT100 3 fils classe 1/3 DIN NF EN 60751, simple enroulement

- **Montage** : fils isolés PFA (Pt100), **élément sensible isolé et encapsulé par élément inerte (magnésie) donc aucun vide d'air dans le tube pour éviter tout risque de condensation**, fermeture du plongeur avec bouchon de silicone afin d'éviter aux fils de sortir lors du montage d'un transmetteur 4/20mA)

- **Gaine de protection** : acier inox 316L- Ø10mm, longueur 200 ou 300mm dont rétreint martelé inox 316L Ø7.9mm longueur 30mm

- **Tête de raccordement** : mini DAN époxy couleur blanche avec fermeture par clip type grenouillère, sortie presse étoupe

- **Température d'utilisation** : -50...450°C

- **Livré avec** :

- certificat d'appairage à 0°C

- 2 raccords coulissant en acier inox 316L Ø10mm, mâle G1/2" cylindrique, bague PFA, pression max : 15 bar

- 2 transmetteurs 4/20mA **isolé galvaniquement 1.5kVca / 50Vca**

Echelle à préciser à la commande :

- 2 certificats d'étalonnages 2 points de température
Points à préciser à la commande

Préconisation : Mise en place d'un doigt de gant supplémentaire installé à proximité de la sonde pour l'étalonnage annuel, à remplir de graisse thermique pour éviter que le givre et la glace prennent place

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter



Longueur
utile

Réf. ECMSPD10S TTI-1/3PE-1012GAPP

Lot de 2 sondes

200 mm	200
300 mm	300

Longueur
utile

Réf. ECMSPD10S TTI-1/3PE-1012GAPLOT3

Lot de 3 sondes

200 mm	200
300 mm	300

Accessoire optionnel

***ECMPEM12**

Raccord électrique
M12 x4 pôles



NOS AGENCES :

NANTES
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Tél: 02 51 85 09 90
agence.nantes@sdmautomatec.fr

CAEN
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
Tél: 02 31 15 54 54
agence.caen@sdmautomatec.fr

ROUEN
22 rue des Patins
76140 PETIT-QUEVILLY
Tél: 02 32 81 87 80
agence.rouen@sdmautomatec.fr

